

化验室离心机转子分类及特点

化验室离心机转子主要分水平转子、角转子、区带转子、垂直转子和连续流转子等。

一、水平转子：

- 1、宜大容量分离。
- 2、不宜高速分离。

二、角转子：

- 1、宜高速分离。
- 2、不宜大容量分离。

三、区带转子：

- 1、宜高速分离。
- 2、宜大容量分离。
- 3、梯度介质易回收。

四、垂直转子：

- 1、颗粒沉降距离短，离心时间短。
- 2、不宜大容量分离。

五、连续流转子：

- 1、连续离心。
- 2、宜大容量分离。

来源：<http://www.fudizao.com>